



广西临床检验中心

常规化学统计结果

实验室编码: 2005052
测定日期: 2020/7/20

实验室名称: 桂林理工大学医院
第1次 统计日期: 2020/8/7

科室: 检验科

项目: 血糖

mmol/L

样本编号	你室结果	靶值	偏倚(%)	允许范围	下限	靶值	上限	你室得分(%)
202011	6.57	6.69	-1.79	6.02 - 7.36		*		100
202012	4.18	4.32	-3.24	3.89 - 4.75		*		100
202013	16.57	16.56	0.06	14.90 - 18.22		*		100
202014	8.54	8.80	-2.95	7.92 - 9.68		*		100
202015	17.93	18.33	-2.18	16.50 - 20.16		*		100

所属组
本组实验室数
方法
仪器
试剂
校准物

葡萄糖氧化酶法: 长春迪瑞
22
葡萄糖氧化酶法
迪瑞CS600
长春迪瑞
长春迪瑞

平均成绩 100%

项目: 尿素

mmol/L

样本编号	你室结果	靶值	偏倚(%)	允许范围	下限	靶值	上限	你室得分(%)
202011	9.44	9.64	-2.07	8.77 - 10.51		*		100
202012	4.93	4.95	-0.40	4.24 - 5.66		*		100
202013	20.48	20.21	1.34	18.39 - 22.03		*		100
202014	13.40	13.95	-3.94	12.69 - 15.21		*		100
202015	21.59	22.63	-4.60	20.59 - 24.67		*		100

所属组
本组实验室数
方法
仪器
试剂
校准物

脲酶谷氨酸脱氢酶法: 长春迪瑞
32
脲酶谷氨酸脱氢酶法
迪瑞CS600
长春迪瑞
长春迪瑞

平均成绩 100%



广西临床检验中心

常规化学统计结果

实验室编码: 2005052
测定日期: 2020/7/20

实验室名称: 桂林理工大学医院
第1次 统计日期: 2020/8/7

科室: 检验科

项目: 尿酸

μmol/L

样本编号	你室结果	靶值	偏倚(%)	允许范围	下限	靶值	上限	你室得分(%)
202011	310	285	8.77	237 - 333		米		100
202012	179	173	3.47	144 - 202		米		100
202013	571	556	2.70	461 - 651		米		100
202014	384	380	1.05	315 - 445		米		100
202015	576	590	-2.37	490 - 690		米		100

所属组 尿酸酶比色法: 长春迪瑞
本组实验室数 32
方法 尿酸酶比色法
仪器 迪瑞CS600
试剂 长春迪瑞
校准物 长春迪瑞
平均成绩 100%

项目: 肌酐

μmol/L

样本编号	你室结果	靶值	偏倚(%)	允许范围	下限	靶值	上限	你室得分(%)
202011	240	232	3.45	197 - 267		米		100
202012	108	107	0.93	80 - 134		米		100
202013	621	571	8.76	485 - 657		米		100
202014	340	317	7.26	269 - 365		米		100
202015	636	606	4.95	515 - 697		米		100

所属组 酶法: 长春迪瑞
本组实验室数 27
方法 酶法
仪器 迪瑞CS600
试剂 长春迪瑞
校准物 长春迪瑞
平均成绩 100%



广西临床检验中心

常规化学统计结果

实验室编码: 2005052 实验室名称: 桂林理工大学医院
 测定日期: 2020/7/20 第1次 统计日期: 2020/8/7 科室: 检验科

项目: 总蛋白		g/L							
样本编号	你室结果	靶值	偏倚(%)	允许范围	下限	靶值	上限	你室得分(%)	
202011	55.0	56.8	-3.17	51.1 - 62.5		*		100	
202012	44.0	45.8	-3.93	41.2 - 50.4		*		100	
202013	90.0	89.1	1.01	80.2 - 98.0			*	100	
202014	62.0	65.0	-4.62	58.5 - 71.5		*		100	
202015	85.0	89.3	-4.82	80.4 - 98.2		*		100	
所属组	双缩脲法: 长春迪瑞							平均成绩	100%
本组实验室数	32								
方法	双缩脲法								
仪器	迪瑞CS600								
试剂	长春迪瑞								
校准物	长春迪瑞								

项目: 白蛋白		g/L							
样本编号	你室结果	靶值	偏倚(%)	允许范围	下限	靶值	上限	你室得分(%)	
202011	36.0	34.2	5.26	30.8 - 37.6			*	100	
202012	25.0	25.7	-2.72	23.1 - 28.3		*		100	
202013	58.0	53.4	8.61	48.1 - 58.7			*	100	
202014	43.0	42.8	0.47	38.5 - 47.1		*		100	
202015	55.0	53.2	3.38	47.9 - 58.5			*	100	
所属组	溴甲酚绿法: 长春迪瑞							平均成绩	100%
本组实验室数	32								
方法	溴甲酚绿法								
仪器	迪瑞CS600								
试剂	长春迪瑞								
校准物	长春迪瑞								



广西临床检验中心

常规化学统计结果

实验室编码: 2005052
测定日期: 2020/7/20

实验室名称: 桂林理工大学医院
第1次 统计日期: 2020/8/7

科室: 检验科

项目: 总胆固醇

mmol/L

样本编号	你室结果	靶值	偏倚(%)	允许范围	下限	靶值	上限	你室得分(%)
202011	3.70	3.76	-1.60	3.38 - 4.14		*		100
202012	2.20	2.40	-8.33	2.16 - 2.64		*		100
202013	7.00	7.00	0.00	6.30 - 7.70		*		100
202014	5.00	5.37	-6.89	4.83 - 5.91		*		100
202015	6.50	6.90	-5.80	6.21 - 7.59		*		100

所属组 胆固醇氧化酶法: 长春迪瑞
本组实验室数 27
方法 胆固醇氧化酶法
仪器 迪瑞CS600
试剂 长春迪瑞
校准物 长春迪瑞

平均成绩 100%

项目: 甘油三酯

mmol/L

样本编号	你室结果	靶值	偏倚(%)	允许范围	下限	靶值	上限	你室得分(%)
202011	1.00	1.00	0.00	0.75 - 1.25		*		100
202012	0.70	0.68	2.94	0.51 - 0.85		*		100
202013	1.50	1.70	-11.76	1.27 - 2.12		*		100
202014	1.20	1.30	-7.69	0.98 - 1.62		*		100
202015	1.40	1.69	-17.16	1.27 - 2.11		*		100

所属组 酶法: GPO-POD: 长春迪瑞
本组实验室数 27
方法 酶法: GPO-POD
仪器 迪瑞CS600
试剂 长春迪瑞
校准物 长春迪瑞

平均成绩 100%



广西临床检验中心

常规化学统计结果

实验室编码: 2005052 实验室名称: 桂林理工大学医院
 测定日期: 2020/7/20 第1次 统计日期: 2020/8/7 科室: 检验科

项目: 总胆红素		μmol/L							
样本编号	你室结果	靶值	偏倚(%)	允许范围	下限	靶值	上限	你室得分(%)	
202011	27.8	30.9	-10.03	24.1 - 37.7	※			100	
202012	15.2	16.4	-7.32	9.6 - 23.2	※			100	
202013	175.0	185.5	-5.66	148.4 - 222.6	※			100	
202014	49.0	55.9	-12.34	44.7 - 67.1	※			100	
202015	187.0	198.2	-5.65	158.6 - 237.8	※			100	
所属组	钒酸盐法: 长春迪瑞							平均成绩	100%
本组实验室数	21								
方法	钒酸盐法								
仪器	迪瑞CS600								
试剂	长春迪瑞								
校准物	长春迪瑞								

项目: 丙氨酸氨基转移酶		U/L							
样本编号	你室结果	靶值	偏倚(%)	允许范围	下限	靶值	上限	你室得分(%)	
202011	79	80	-1.25	64 - 96	※			100	
202012	33	35	-5.71	28 - 42	※			100	
202013	203	224	-9.38	179 - 269	※			100	
202014	109	112	-2.68	90 - 134	※			100	
202015	254	265	-4.15	212 - 318	※			100	
所属组	速率法: 长春迪瑞							平均成绩	100%
本组实验室数	32								
方法	速率法								
仪器	迪瑞CS600								
试剂	长春迪瑞								
校准物	长春迪瑞								



广西临床检验中心

常规化学统计结果

实验室编码: 2005052 实验室名称: 桂林理工大学医院
 测定日期: 2020/7/20 第1次 统计日期: 2020/8/7 科室: 检验科

项目: 天门冬氨酸氨基转移酶

U/L

样本编号	你室结果	靶值	偏倚(%)	允许范围	下限	靶值	上限	你室得分(%)
202011	69	74	-6.76	59 - 89		米		100
202012	27	28	-3.57	22 - 34		米		100
202013	204	204	0.00	163 - 245		米		100
202014	106	111	-4.50	89 - 133		米		100
202015	226	239	-5.44	191 - 287		米		100

所属组 速率法: 长春迪瑞 **平均成绩** 100%
 本组实验室数 32
 方法 速率法
 仪器 迪瑞CS600
 试剂 长春迪瑞
 校准物 长春迪瑞

项目: 碱性磷酸酶

U/L

样本编号	你室结果	靶值	偏倚(%)	允许范围	下限	靶值	上限	你室得分(%)
202011	79	74	6.76	52 - 96		米		100
202012	28	24	16.67	17 - 31		米		100
202013	309	304	1.64	213 - 395		米		100
202014	191	186	2.69	130 - 242		米		100
202015	329	315	4.44	220 - 410		米		100

所属组 速率法 (AMP缓冲液): 长春迪瑞 **平均成绩** 100%
 本组实验室数 31
 方法 速率法 (AMP缓冲液)
 仪器 迪瑞CS600
 试剂 长春迪瑞
 校准物 长春迪瑞



广西临床检验中心

常规化学统计结果

实验室编码: 2005052
测定日期: 2020/7/20

实验室名称: 桂林理工大学医院
第1次 统计日期: 2020/8/7

科室: 检验科

项目: 直接胆红素

μmol/L

样本编号	你室结果	靶值	偏倚(%)	允许范围	下限	靶值	上限	你室得分(%)
202011	17.9	19.2	-6.77	15.4 - 23.0		*		100
202012	9.4	9.9	-5.05	7.9 - 11.9		*		100
202013	49.4	47.5	4.00	38.0 - 57.0			*	100
202014	25.6	26.6	-3.76	21.3 - 31.9		*		100
202015	46.7	50.5	-7.52	40.4 - 60.6		*		100

所属组 钒酸盐法: 长春迪瑞 平均成绩 100%
 本组实验室数 31
 方法 钒酸盐法
 仪器 迪瑞CS600
 试剂 长春迪瑞
 校准物 长春迪瑞

项目: γ-谷氨酰基转移酶

U/L

样本编号	你室结果	靶值	偏倚(%)	允许范围	下限	靶值	上限	你室得分(%)
202011	91	88	3.41	70 - 106			*	100
202012	31	32	-3.12	26 - 38		*		100
202013	240	229	4.80	183 - 275			*	100
202014	128	128	0.00	102 - 154		*		100
202015	257	257	0.00	206 - 308		*		100

所属组 γ-谷氨酰3羧基4硝基苯胺法: 长春迪瑞 平均成绩 100%
 本组实验室数 31
 方法 速率法(γ-谷氨酰3羧基4硝基苯胺法)
 仪器 迪瑞CS600
 试剂 长春迪瑞
 校准物 长春迪瑞
 总平均成绩 100%

你室主任签字 _____
 签字日期 _____