



# 广西临床检验中心

## 常规肿瘤标志物统计结果

实验室编码: 2005052      实验室名称: 桂林理工大学医院  
 测定日期: 2020-05-19      第1次      统计日期: 2020-06-07      科室: 检验科

项目: 甲胎蛋白		ng/mL								
	样本编号	你室结果	靶值	偏倚(%)	允许范围	下限	靶值	上限	你室得分(%)	
	202011	17.3	17.2	0.58	12.9 - 21.5		*		100	
	202012	229.7	216.5	6.10	162.4 - 270.6		*		100	
	202013	82.8	79.9	3.63	59.9 - 99.9		*		100	
	202014	40.6	40.8	-0.49	30.6 - 51.0		*		100	
	202015	143.5	140.2	2.35	105.1 - 175.2		*		100	
所属组	深圳迈瑞								平均成绩	100%
本组实验室数	47									
方法	化学发光									
仪器	迈瑞CL-1000i									
试剂	深圳迈瑞									
校准物	深圳迈瑞									

项目: 癌胚抗原		ng/mL								
	样本编号	你室结果	靶值	偏倚(%)	允许范围	下限	靶值	上限	你室得分(%)	
	202011	6.6	6.2	6.45	4.7 - 7.8		*		100	
	202012	81.1	78.7	3.05	59.0 - 98.4		*		100	
	202013	40.2	39.5	1.77	29.6 - 49.4		*		100	
	202014	18.7	18.9	-1.06	14.2 - 23.6		*		100	
	202015	62.3	59.3	5.06	44.5 - 74.1		*		100	
所属组	深圳迈瑞								平均成绩	100%
本组实验室数	51									
方法	化学发光									
仪器	迈瑞CL-1000i									
试剂	深圳迈瑞									
校准物	深圳迈瑞									



# 广西临床检验中心

## 常规肿瘤标志物统计结果

实验室编码: 2005052      实验室名称: 桂林理工大学医院  
 测定日期: 2020-05-19      第1次      统计日期: 2020-06-07      科室: 检验科

**项目: 总前列腺特异性抗原**      ng/mL

样本编号	你室结果	靶值	偏倚(%)	允许范围	下限	靶值	上限	你室得分(%)
202011	1.120	1.090	2.752	0.818 - 1.363		*		100
202012	47.080	43.846	7.376	32.884 - 54.807		*		100
202013	14.270	13.625	4.734	10.219 - 17.031		*		100
202014	6.260	6.130	2.121	4.598 - 7.662		*		100
202015	32.970	31.366	5.114	23.524 - 39.207		*		100

所属组      深圳迈瑞      **平均成绩**      100%  
 本组实验室数      38  
 方法      化学发光  
 仪器      迈瑞CL-1000i  
 试剂      深圳迈瑞  
 校准物      深圳迈瑞

**项目: CA125**      U/mL

样本编号	你室结果	靶值	偏倚(%)	允许范围	下限	靶值	上限	你室得分(%)
202011	51.38	50.86	1.02	38.14 - 63.58		*		100
202012	454.72	423.71	7.32	317.78 - 529.64		*		100
202013	201.68	190.84	5.68	143.13 - 238.55		*		100
202014	105.14	103.73	1.36	77.80 - 129.66		*		100
202015	311.49	299.00	4.18	224.25 - 373.75		*		100

所属组      深圳迈瑞      **平均成绩**      100%  
 本组实验室数      37  
 方法      化学发光  
 仪器      迈瑞CL-1000i  
 试剂      深圳迈瑞  
 校准物      深圳迈瑞  
 总平均成绩      100%

你室主任签字 \_\_\_\_\_  
 签字日期 \_\_\_\_\_